

Tarnobrzeg 09.09.2022r.

Znak sprawy: Zp3/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych pn. „Dostawa defibrylatora oraz urządzenia do resuscytacji na potrzeby kierunku Ratownictwo Medyczne w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (zamówienie z podziałem na 2 części)”.

Zamawiający – Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu informuje, iż Wykonawcy działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą Pzp, w dniach 07.09.2022r. oraz 08.09.2022r. zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy Pzp.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy części 1 – Dostawa defibrylatora.

Pytanie 1

Ad. 16 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o klasie odporności (stopniu ochrony) na działanie wody IP33?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 2

Pkt.4 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora kompatybilnego z Philips.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3

Pkt.8a - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z monitorowaniem 1 lub 3 odprowadzeń z kabla 3 lub 5 odprowadzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 4

Pkt.8j - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora bez funkcji wyświetlania czasu od włączenia defibrylatora.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 5

Pkt.11e - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora ze wskaźnikiem styku łyżek z ciałem pacjenta na łyżkach twardych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6

Pkt.13c - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora z elektrodami z wtyczką Philips.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy części 2 – Dostawa urządzenia do resuscytacji.**Pytanie 7**

Ad 3. Czy Zamawiający dopuści najwyższej klasy urządzenie do kompresji klatki piersiowej wytypowane do największej ilości badań klinicznych, umożliwiające efektywne, zgodne z europejskimi wytycznymi resuscytacji uciskanie klatki piersiowej, przy pomocy tłoka z przyssawką?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 8

Ad. 4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które efektywnie pracuje podczas transportu pacjenta, wnoszeniu/znoszeniu ze schodów (praca pod kątem), pracuje zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, jednak nie mające w instrukcji zapisu „możliwość pracy w pozycji siedzącej”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 9

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o następujących opcjach zasilania:

- a) Sieciowo 100 – 240 V AC (zewnętrzny zasilacz medyczny 24 V DC), lub
- b) Poprzez wymienny litowo-jonowo-polimerowy akumulator o czasie pracy około 45 minut,
- c) Zasilanie w pojeździe lub samolocie przy użyciu gniazda 12-28 V DC

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 10

Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach po złożeniu: 56 x 52 x 24 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 11

Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności urządzenie wykonujące kompresję za pomocą tłoka zaopatrzonego w przyssawkę, napędzanego silnikiem zasilanym przez akumulator?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 12

Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści urządzenia, które składa się z następujących elementów zestawu:

- a) Urządzenie z tłokiem z przyssawką,
- b) Deska pod plecy

- c) Pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia oraz pod głowę pacjenta
- d) Zapasowa przyssawka,
- e) Akumulator litowo-jonowo-polimerowy
- f) Zasilacz sieciowy oraz ładowarka samochodowa
- g) Plecak transportowy

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do resuscytacji w postaci deski pacjenta z wyraźnym wskaźnikiem punktowym, wskazującym na najbardziej optymalne położenie aparatu względem klatki piersiowej pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 14

Pkt.4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do resuscytacji posiadające możliwość pracy w pozycji pólśiedzącej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie 15

Pkt.10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do resuscytacji o wymiarach: długość 533 mm, szerokość 242 mm, wysokość 593 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

KWESTOR

**Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu**

Kwestor
[Signature]
mgr Hanna Haliniarz